

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ОАО «Беларуськалий»  
\_\_\_\_\_ А.Б.Петровский  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

Техническое задание № 2025-03 ЛМ УА

на приобретение тягонапоромера ТНМП-52 либо аналогичного

1 Назначение СИ – для измерения вакуумметрического и избыточного давления воздуха и неагрессивных газов.

2 Условия эксплуатации – температура окружающей среды от 0 °С до плюс 55 °С, относительная влажность не более 80 %.

3 Диапазон измерения - от минус 125 до плюс 125 Па.

4 Количество: 3 штуки (ТВГСиК кот.цеха 2 РУ УЭ – 2 штуки, ясли-сад №2 – 1 штука).

5 Присоединительная резьба - М20х1,5.

6 Класс точности – не более 1,5.

7 Габаритные размеры (ширина, высота), не более – 180х80 мм.

8 Требования к документации и сертификации: документация по эксплуатации и ремонту, паспорт с указанием содержания ДМ и ДК, свидетельство о первичной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной поверки в РБ, либо лаборатории, поверка которой признается на территории РБ, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре РБ (шифр поверительного клейма, методика поверки и др.), сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки (СИ должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений РБ). Вся документация должна быть представлена на русском языке.

9 Предполагаемый срок поставки: 2025 год.

10 Другие специальные требования:

- ОАО «Беларуськалий» должно иметь опыт эксплуатации данного типа приборов или приборы данного типа должны пройти испытания в условиях ОАО «Беларуськалий»;

- шкала давления выражена в единицах, допущенных к применению в РБ;

- наличие сервисного центра и поверочной лаборатории на территории РБ;

- ремонтпригодность.

Техническое предложение должно содержать ответы на все пункты в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все пункты, изложенные в техническом задании;

- участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

Начальник УА – главный метролог

О.М.Чечуха

Согласовано:

Зам.начальника УА по метрологии

Д.П.Кальченко

Начальник КЦ 2 РУ УЭ

О.А.Белый

Заведующий яслей-сада №2

С.Н.Бурмич