

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в процедуре закупки термогигрометров
по процедуре закупки путем изучения конъюнктуры рынка

Наименование и юридический адрес заказчика		Открытое акционерное общество «Беларуськалий», 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5	
Контактная информация		г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5; 4-х этажный корпус, каб. 309, тел.: +375(174) 29-85-13;	
Адрес электронной почты		mto@kali.by	
Наименование и количество закупаемого товара			
№ лота	Наименование	Кол-во, шт.	Технические характеристики
1	ТЕРМОГИГРОМЕТР TESTO-610	1	Техническое задание (рег. №16.4/12-41/4542 от 20.10.2025)
2	ТЕРМОГИГРОМЕТР Beurer HM16	4	Техническое задание (рег. №2846 от 17.06.2025)
3	ТЕРМОГИГРОМЕТР ИВА	5	Техническое задание (рег. №359 от 24.01.2025)
4	ТЕРМОГИГРОМЕТР ИВА	1	Техническое задание (рег. №65302 от 28.10.2025 от 30.10.2025)
Участником должно быть представлено предложение на весь объем закупки.			
Сроки поставки		Наименьший срок поставки.	
Место поставки		Склад Покупателя.	
Условия оплаты		По факту поставки предпочтительно 45 дней.	
Источник финансирования закупки		Собственные средства ОАО «Беларуськалий».	
Окончательный срок, место и порядок представления предложений		Коммерческие предложения должны быть представлены до 15-00 час. 11.08.2026 по e-mail: mto@kali.by	
Критерии для выбора наилучшего предложения		Наименьшая цена – 100%	
Перечень документов, необходимых для участия		Для участия в процедуре закупки, участники предоставляют коммерческое предложение, содержащее следующие документы: 1. Коммерческое предложение, скрепленное печатью участника, в котором должно быть отражено: - цена предложения (для нерезидентов Республики Беларусь - валюта согласно законодательству страны участника процедуры, для резидентов Республики Беларусь - белорусские рубли); - валюта платежа; - условия оплаты (по факту поставки, предпочтительно, в течение 45 календарных дней); - условия поставки (г. Солигорск, промплощадка 1РУ, склад №16); - сроки поставки (количество календарных дней после подписания договора обеими сторонами); - год выпуска продукции; - условия гарантий; - срок действия предложения (не менее 60 дней); - экономические расчеты уровня отпускных цен (тарифов)/уровень рентабельности. 2. Характеристики товара должна содержать исчерпывающее техническое описание товара.	

	3. Заявление участника о том, что он: - не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической состоятельности или банкротства; - не находится на какой-либо стадии прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации) согласно законодательству государства, резидентом которого участник является; - выполнил свои обязательства, связанные с уплатой налогов и сборов в бюджет, согласно законодательству государства, резидентом которого участник является; Вся документация должна быть представлена с переводом на русский язык.
--	---

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (рег. №16.4/12-41/4542 от 20.10.2025)
на закупку термогигрометра для Березовского рудника 1 РУ по заявке на
вспомогательное оборудование на 2026 год.

1. Назначение СИ: для измерения относительной влажности (%) и температуры (°C) воздуха.

2. Метрологические и технические характеристики:

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Температурный диапазон измерения влажности, °C	от 5 до 25
Диапазон измерения относительной влажности, %	от 20 до 90
Диапазон измерения температуры, °C	от 0 до 25
Цена деления, °C	0,2
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей, °C	±0,2
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей относительной влажности гигрометров при скорости аспирации от 0,5 до 1 м/с при температуре по «сухому» термометру, %	
от 5 до 10 °C включ.	±7
св. 10 до 30 °C включ.	±6
св. 30 до 40 °C включ.	±5

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Высота основания, мм, не более	295
Ширина основания, мм, не более	120
Толщина основания, мм, не более	50
Вероятность безотказной работы термометра за 2000 часов	0,90
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа	от +0 до +25 от 20 до 90 от 84 до 106,7

3. Требования к комплектации:

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Упаковка (коробка/футляр)	1 шт.

4. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев.

5. Количество и срок поставки:

согласно плану закупок (заявок) – 1 шт. июнь 2026.

6. Требование к документации и сертификации: техническая документация по эксплуатации, паспорт, свидетельство о первичной поверке лаборатории,

аккредитованной в РБ. Действующий сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки. Вся документация должна быть предоставлена на русском языке.

7. Другие специальные требования:

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Предложение признается несоответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
- участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (рег. №2846 от 17.06.2025)
на закупку медицинского оборудования (мебель) для фельдшерского здравпункта
АБК Дарасинского рудника (670-17-19-215-ТХ3-1.1.0)

№ п/п	Наименование оборудования	Технические характеристики, срок поставки, количество
23.	Термогигрометр типа Beurer HM16	Предназначен для измерения температуры и относительной влажности в помещении. Технические характеристики: - единицы измерения – °C, °F; - диапазон измерения температуры - 0÷50 °C; - диапазон измерения влажности воздуха, % - 20÷95; - дисплей – монохромный числовой; - тип питания – батарейки; - вариант размещения – на стене, поверхности. Срок поставки – 1 квартал 2027г. Количество – 4 шт.

1. Требования к документации.

1.1. Эксплуатационная документация:

1.1.1. Руководство по эксплуатации и установке;

1.1.2. Паспорт (формуляр).

1.2. Вся документация должна быть представлена на русском языке.

2. Требования к участнику и конкурсному предложению.

2.1. Отсутствие претензий со стороны ОАО «Беларуськалий» по предыдущим сделкам, в том числе к качеству поставленного оборудования и эффективности проведенных работ.

2.2. Техническое предложение должно содержать информацию по всем пунктам технического задания.

2.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит информацию по всем пунктам технического задания;
- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Срок предоставления гарантий качества (гарантийный срок) – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Техническое задание (рег. №359 от 24.01.2025)
на приобретение средства измерения – термогигрометра
(прибора для измерения влажности, температуры и атмосферного давления)
для центральной лаборатории на 2025 год

№ п.п.	Требования	
1	2	
1	Назначение СИ	Измерение параметров воздушной среды: температуры, относительной влажности воздуха и атмосферного давления
2	Диапазон измерений	температуры от -20 °С до +50 °С, относительной влажности от 0 % до 98 % атмосферного давления от 600 гПа до 1200 гПа
3	Погрешность измерения	температуры $\pm 0,2$ °С, относительной влажности ± 3 % отн. вл., атмосферного давления ± 2 гПа
4	Условия эксплуатации	Температура: - блок индикации от 0 °С до +50 °С; - зонд от -20 °С до +50 °С
5	Требования к оборудованию (исполнение)	Коррозионно-стойкий ударопрочный корпус, местный графический ЖК-дисплей с подсветкой
6	Требования к питанию	Питание от сменного элемента питания
7	Вес прибора	Не более 0,4 кг
8	Требования к комплектации	Основной блок прибора, защитный пористый колпачок
9	Требования к документации	Вся документация должна быть представлена на русском языке. Комплект документации: - инструкция (руководство) по эксплуатации и ремонту; - паспорт с указанием содержания ДМ и ДК; - свидетельство о первичной государственной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной поверки на территории РБ, либо лаборатории, поверка которой признается на территории РБ, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре РБ (шифр поверительного клейма, методика поверки и др.); - сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа СИ (копия); - методика поверки и описание типа (СИ должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений РБ).
10	Требования к сертификации	На момент поставки прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РБ
11	Срок поставки	2 кв. 2025 года
12	Количество	3 штуки
13	Гарантийный срок	12 месяцев, гарантийное и послегарантийное обслуживание авторизованным сервисным центром в РБ
1	2	
14	Другие специальные требования к коммерческому предложению	В предложении обязательно указывать недвусмысленный ответ на каждый пункт технического задания (в том числе отдельные подпункты) в последовательности, изложенной в техническом задании. Предложение, не содержащее ответы на все вопросы технического задания, считается не соответствующим

Техническое задание (рег. №65302 от 28.10.2025 от 30.10.2025)
на закупку термогигрометра ИВА-6 либо аналогичного

Взамен утвержденного 08.12.2015

1 Назначение СИ: для измерения и регистрации относительной влажности воздуха (%), температуры воздуха (°C) и атмосферного давления (кПа) в складских и производственных помещениях, а также в свободной атмосфере.

2 Диапазон измерений: относительной влажности воздуха от 5 % до 95 %, температуры от минус 20 °C до плюс 60 °C, атмосферного давления от 70 кПа до 110 кПа.

3 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения: относительной влажности не более ± 3 %, температуры не более $\pm 0,5$ °C, атмосферного давления не более $\pm 0,25$ кПа.

4 Исполнение: переносной.

5 Требование к питанию: питание автономное (аккумулятор или батарейки типоразмера AA либо AAA).

6 Требования по комплектации:

- прибор;
- футляр для хранения и переноски прибора;
- комплект элементов питания или зарядное устройство в случае использования аккумулятора (напряжение питающей сети $230\text{ В} \pm 10\%$, частота (50 ± 1) Гц).

7 Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.

8 Количество: согласно плана закупок (заявок).

9 Требования к документации и сертификации: документация по эксплуатации и ремонту, паспорт с указанием содержания ДМ и ДК, свидетельство о первичной государственной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной поверки на территории Республики Беларусь, либо лаборатории, поверка которой признается на территории Республики Беларусь, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь (шифр поверительного клейма, методика поверки и др.). Действующий сертификат Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки (прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь). Вся документация должна быть представлена на русском языке.

10 Другие специальные требования:

- наличие встроенной памяти для регистрации измерений с задаваемым интервалом в реальном календарном времени;
- масса прибора не более 0,5 кг;
- наличие сервисного центра и поверочной лаборатории на территории Республики Беларусь;
- ремонтпригодность.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.