Техническое приложение № 60637-1 к типовому ТЗ № 3.1 на приобретение радарных уровнемеров для сыпучих продуктов (с рупорной антенной).

1 Свидетельство о первичной поверке лаборатории, аккредитованной в РБ. Действующий сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки (прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РБ).

2 Наличие Bluetooth 5.0 и HART-протокола.

№№ п/п	Измеряемая среда	Тип	Температура измеряемой среды		Кол-во, шт.	Тип антенны	Заказчик
1	Руда	Радарный уровнемер VEGAPULS 68 PS68.XXE1Q2HKMKX	От - 5 °С до + 50 °С		2	Рупорная с защитной крышкой, вход для подключения обдува	СОФ 2РУ