Техническое приложение № 60637-2 к типовому ТЗ № 3.4.2 на приобретение радарных уровнемеров с частотой 80 ГГц для жидких и сыпучих сред.

1 Свидетельство о первичной поверке лаборатории, аккредитованной в РБ. Действующий сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки (прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РБ).

2 Наличие Bluetooth 5.0 и HART-протокола.

№ п.п	Цех	Измеряемый продукт	Тип	Диапазон	Температура продукта	Плотность	Количество	Примечание
				м	°C	г/см^3	шт.	
1	СОФ 2 РУ	Жидкость/ мелкозернистый концентрат KCl	Радарный уровнемер VEGAPULS 31	0-15	5-80	0,9–1,4	3	PS31.XXXXXG MHB