

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в процедуре закупки газоанализатора кислорода
по процедуре закупки путем изучения конъюнктуры рынка

Наименование и юридический адрес заказчика	Открытое акционерное общество «Беларуськалий», 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5		
Контактная информация	г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5; 4-х этажный корпус, каб. 309, тел.: +375(174) 29-85-13;		
Адрес электронной почты	mto@kali.by		
Наименование и количество закупаемого товара			
№ лота	Наименование	Кол-во, шт.	Технические характеристики
1	Газоанализатор кислорода	1	В соответствии с ТЗ №2493 от 26.05.2026
Участником должно быть представлено предложение на весь объем закупки.			
Сроки поставки		Наименьший	
Место поставки		г. Солигорск, промплощадка 1 РУ ОАО «Беларуськалий», склад №16	
Условия оплаты		Оплата по факту поставки на склад Покупателя. Для оценки и сравнения коммерческой части предложений, цены коммерческой части предложений участников (в случае их представления в разных валютах, с разными условиями поставки и оплаты) будут переведены в белорусские рубли и приведены к единым базисным условиям поставки и отсрочки платежа 45 календарных дней на условиях расчетов простым банковским переводом, исходя из ставки доходности 10%. Обменный курс перевода цены предложений в белорусские рубли равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения переговоров по снижению цены.	
Источник финансирования закупки		Собственные средства ОАО «Беларуськалий»	
Окончательный срок, место и порядок представления предложений		Коммерческие предложения должны быть представлены до 15-00 час. 03.08.2026 по e-mail: mto@kali.by .	
Критерии для выбора наилучшего предложения		- Наименьшая цена – 100%	
Перечень документов, необходимых для участия		Для участия в процедуре закупки, участники предоставляют коммерческое предложение, содержащее следующие документы: 1. Коммерческое предложение , скрепленное печатью участника, в котором должно быть отражено: - цена предложения (для нерезидентов Республики Беларусь - валюта согласно законодательству страны участника процедуры, для резидентов Республики Беларусь - белорусские рубли); - валюта платежа; - условия оплаты (по факту поставки, предпочтительно, в течение 45 календарных дней); - условия поставки (г. Солигорск, промплощадка 1РУ, склад №16); - сроки поставки (количество календарных дней после подписания договора обеими сторонами); - год выпуска продукции;	

	- условия гарантий; - срок действия предложения (не менее 60 дней); - экономические расчеты уровня отпускных цен (тарифов)/уровень рентабельности. 2. Характеристики товара должна содержать исчерпывающее техническое описание товара. 3. Заявление участника о том, что он: - не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической состоятельности или банкротства; - не находится на какой-либо стадии прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации) согласно законодательству государства, резидентом которого участник является; - выполнил свои обязательства, связанные с уплатой налогов и сборов в бюджет, согласно законодательству государства, резидентом которого участник является; Вся документация должна быть представлена с переводом на русский язык.
--	---

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку портативного газоанализатора кислорода для ВГСО

1. Назначение СИ: для контроля содержания кислорода в воздухе горных выработок рудников.

2. Условия эксплуатации: температура окружающей среды от минус 5 °С до плюс 42 °С; относительная влажность воздуха не более 95 %.

3. Технические характеристики.

3.1. Количество определяемых газов – 1.

3.2. Измеряемый газы, диапазон измерений, погрешность:

Измеряемый газ	Диапазон измерений	Погрешность	
		в начале диапазона	в основном диапазоне
O ₂ (кислород)	0 - 25 %	приведенная не более ± 5 %	относительная не более ± 5 %

3.3. Тип измерения – непрерывное.

3.4. Исполнение – взрывозащищенное.

3.5. Степень защиты – не ниже IP 66.

3.6. Регистрация данных – непрерывная (время хранения не менее 48 часов).

3.7. Возможность передачи данных на ПК (смартфон).

3.8. Дисплей - цифровой с подсветкой.

3.9. Требования к питанию: автономное питание (перезаряжаемая аккумуляторная батарея).

3.10. Вывод информации на дисплее - с указанием газа и единиц измерений.

3.11. Аварийные сигналы - светозвуковая и звуковая сигнализация при превышении порога или неисправности, вибросигнал.

3.12. Время непрерывной работы с автономным источником питания - не менее 12 часов.

4. Требования к документации и сертификации: документация по эксплуатации и ремонту, паспорт с указанием содержания ДМ и ДК, действующее свидетельство о первичной государственной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной поверки на территории Республики Беларусь, либо лаборатории, поверка которой признается на территории Республики Беларусь, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь (шифр поверительного клейма, методика поверки и др.). Действующий сертификат Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки (СИ должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь). Вся документация должна быть представлена на русском языке.

5. Требования по комплектации:

сетевое зарядное устройство (напряжение питающей сети 230 В $\pm$ 10 %, частота 50 Гц $\pm$ 1 Гц);

защитный чехол;

комплект ЗИП (стандартно предусмотренный технической документацией завода-изготовителя);

руководство по эксплуатации (на русском языке).

6. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев.

7. Количество: 1 шт.

8. Другие специальные требования:

масса не более 500 г;

наличие функции самотестирования, автоматическая установка нуля;

наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь;

ремонтпригодность.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

оно не отвечает требованиям технического задания;

не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.